

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO 1/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy Część 2 – Dostawa aparatu mobilnego RTG

Pyt. 1. Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia z części 2 (mobilny aparat RTG): - Pkt. 14
Zwracamy się z prośbą, do dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w generator 50 kW, potężne baterie umożliwiające wykonanie ponad 600 ekspozycji i umożliwiającą pokonanie dystansu 80km na jednym ładowaniu, lecz o wadze 400 kg, a nie tak jak w oryginalnej treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 350kg. Oferowany przez nas aparat wyposażony jest w najnowsze rozwiązania technologiczne w tym pełną motorykę kolumny, kamerę umożliwiającą podgląd pacjenta, możliwość wydawania komend głosowych oraz inne świadczące o jego najwyższej jakości. Ta różnica wagi nie wpłynie w żaden sposób na obsługę i funkcjonalność aparatu, gdyż wymagana waga 350kg i tak sprawia, iż nie jest to aparat przenośny tylko mobilny/jezdny.

Zamawiający dopuszcza generator o mocy do 50 kW. Zamawiający dopuszcza wagę urządzenia do 400 kg. W związku z tym Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO 1/2024).

Pyt. 2. Pkt. 6 Zwracamy się z prośbą, od dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w generator 50 kW, zakres mA 10-630 oraz zakres mAs 0,1- 360, a nie jak wskazano w oryginalnej treści 0,1-500 mAs. Zakres 0,1-360 swoimi możliwościami znacząco wykracza poza jakiegokolwiek zastosowanie kliniczne aparatu mobilnego.

Zamawiający dopuszcza generator o mocy do 50 kW. Zamawiający dopuszcza zakres prądu min. 10 - 630 mA. Zamawiający dopuszcza zakres obciążenia prądowo-czasowego min. 0,1 mAs - min. 360 mAs. W związku z tym Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO 1/2024).

Dotyczy Część 3 Dostawa czterokanałowego półautomatycznego koagulatora z okablowaniem

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia służącego do przecinania tkanek z jednoczesną koagulacją podczas zabiegu chirurgicznego?

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia służącego do przecinania tkanek z jednoczesną koagulacją podczas zabiegu chirurgicznego.

Pyt. 2. Czy Zamawiający ma na myśli 4 gniazda do podłączenia akcesoriów?

Tak, Zamawiający wymaga 4 gniazda do podłączenia akcesoriów.

Pyt. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maksymalnej intensywności pracy min. 8A?

Zamawiający nie odstąpi od wymogu maksymalnej intensywności pracy min. 8A.

Pyt. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu współpracy z systemem Ethernet ze względu na to, że taka funkcja nie jest niezbędna do prawidłowej pracy aparatu elektrochirurgicznego?

Zamawiający odstępuje od wymogu współpracy z systemem Ethernet. **W związku z tym Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO 1/2024).**

Pyt. 5. Jakich akcesoriów i okablowania do pracy urządzenia wymaga Zamawiający?

Zamawiający wymaga następujących akcesoriów i okablowania:

- 1) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej 28,58 mm (BOWA, STORS)
- 2) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej między złączami 28,58 mm (BOWA, Conmed, Valleylab, ERBE international, Martin)
- 3) Kabel o długości 400 cm dla instrumentów bipolarnych, okucia: średnica zewnętrzna 12,5 mm, średnica rdzenia 4 mm (ERBE VIO/ICC/ACC ERBE T-series)
- 4) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej między złączami 22 mm (ERBE VIO)
- 5) Kabel o długości 400 cm dla instrumentów bipolarnych, okucia: średnica zewnętrzna 6 mm, średnica rdzenia 2 mm (Martin)
- 6) Narzędzie ERGOact, Maryland Window Dissector, 360 mm (art: 770-660)
- 7) Narzędzie ERGOact, Kelly Window Dissector, 360 mm (art: 770-662)

- 8) Uchwyt ERGO act, (art:770-600)
- 9) Rozdzielacz okienny ERGOact (wkładka) (art: 770-613)
- 10) Rozdzielacz Kelly'ego (art: 770-612)
- 11) Rura prętowa ERGOact, średnica 5 mm, 360 mm (art: 770-610)
- 12) Kabel monopolarny, złącze 4 mm, do 4 mm, 4,5 mm. (art: 101-051)
- 13) Elektroda LAP, cienki hak, 360 mm. (art:700-005)

Uwaga:

Zgodnie z pkt III.5 ZAPYTANIA OFERTOWE ZO 1/2024: Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne i jakościowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.

Dotyczy Część 6 Dostawa koagulatora elektrochirurgicznego z wyposażeniem i okablowaniem

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia służącego do przecinania tkanek z jednoczesną koagulacją podczas zabiegu chirurgicznego?

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia służącego do przecinania tkanek z jednoczesną koagulacją podczas zabiegu chirurgicznego.

Pyt. 2. Czy Zamawiający ma na myśli 4 gniazda do podłączenia akcesoriów?

Tak, Zamawiający ma na myśli 4 gniazda.

Pyt. 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu maksymalnej intensywności pracy min. 10A?

Zamawiający nie odstąpi od wymogu maksymalnej intensywności pracy min. 10 A

Pyt. 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu współpracy z systemem Ethernet ze względu na to, że taka funkcja nie jest niezbędna do prawidłowej pracy aparatu elektrochirurgicznego?

Zamawiający odstępuje od wymogu współpracy z systemem Ethernet. **W związku z tym Zamawiający wprowadza w tym zakresie zmianę w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO 1/2024).**

Pyt. 5. Jakich akcesoriów i okablowania do pracy urządzenia wymaga Zamawiający?

Zamawiający wymaga następujących akcesoriów i okablowania:

- 1) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej 28,58 mm (BOWA, STORS)
- 2) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej między złączami 28,58 mm (BOWA, Conmed, Valleylab, ERBE international, Martin)
- 3) Kabel o długości 400 cm dla instrumentów bipolarnych, okucia: średnica zewnętrzna 12,5 mm, średnica rdzenia 4 mm (ERBE VIO/ICC/ACC ERBE T-series)
- 4) Kabel o długości 450 cm dla instrumentów bipolarnych, odległość części sprzętowej między złączami 22 mm (ERBE VIO)
- 5) Kabel o długości 400 cm dla instrumentów bipolarnych, okucia: średnica zewnętrzna 6 mm, średnica rdzenia 2 mm (Martin)
- 6) Narzędzie ERGOact, Maryland Window Dissector, 360 mm (art: 770-660)
- 7) Narzędzie ERGOact, Kelly Window Dissector, 360 mm (art: 770-662)

- 8) Uchwyt ERGO act, (art:770-600)
- 9) Rozdzielacz okienny ERGOact (wkładka) (art: 770-613)
- 10) Rozdzielacz Kelly'ego (art: 770-612)
- 11) Rura prętowa ERGOact, średnica 5 mm, 360 mm (art: 770-610)
- 12) Kabel monopolarny, złącze 4 mm, do 4 mm, 4,5 mm. (art: 101-051)
- 13) Elektroda LAP, cienki hak, 360 mm. (art:700-005)

Uwaga:

Zgodnie z pkt III.5 ZAPYTANIA OFERTOWE ZO 1/2024: Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry techniczne i jakościowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.

Pytania pozostałe

Pyt. 1. Prosimy o potwierdzenie, że oferta, która nie spełnia wymogów parametrycznych wymienionych w załączniku nr 1 (część 1-6) – ulegnie odrzuceniu.

Zamawiający potwierdza, że odrzuci ofertę w przypadku jeśli treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, w tym nie spełnia wymogów w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik 1) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

Pyt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z ofertą będzie wymagał podania oferowanego wykazu urządzeń wraz z podaniem producenta oraz modelu - dotyczy załącznika nr 1 (część 1-6). Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na weryfikację złożonych ofert.

Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym (załącznik 3) wymaga podania producenta oraz modelu/typu oferowanego urządzenia

Pyt. 3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości potwierdzenia parametru technicznego w katalogu producenta – Zamawiający uzna oświadczenie? - dotyczy załącznika nr 1, pakiet 1,3,4,5,6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów technicznych oferowanych urządzeń oświadczeniem Wykonawcy.

Pyt. 4. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie do SWZ, opublikowaną na Państwa stronie, tj. o dostawie urządzeń do szpitala klinicznego św. Pantelejmona w Sumach oraz zapisie ujętym w „Wymagania dla wszystkich urządzeń (dotyczy Części 1 – 6)” punkt 5”, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga szkolenia z obsługi dostarczanego sprzętu w miejscu dostawy i umożliwia przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny lub w innym ustalonym wcześniej miejscu, które nie jest zlokalizowane na terenie, znajdującym się w strefie bezpośrednich działań wojennych.

Zamawiający potwierdza, że szkolenie, o którym mowa powyżej może zostać przeprowadzone w sposób zdalny.

Pyt. 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o określenie zakresu terytorialnego gwarancji, którą dostawca winny jest utrzymać zgodnie z „Wymagania dla wszystkich urządzeń (dotyczy Części 1 – 6)” punkt 4 oraz §4 załącznika nr 4, jednocześnie zwracając się z zapytaniem, czy naprawy gwarancyjne mają odbywać się na terytorium RP lub w innym ustalonym wcześniej miejscu, który nie jest zlokalizowane na terenie znajdującym się w strefie bezpośrednich działań wojennych.

Zamawiający wyjaśnia, że naprawy gwarancyjne mają odbywać się na terytorium Ukrainy, w ustalonym wcześniej miejscu, które nie jest zlokalizowane w strefie bezpośrednich działań wojennych.