

Lublin, dnia 15.11.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Części 5 – Dostawa detektora do aparatu rentgenowskiego

Zamawiający, **Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin**, po uznaniu zasadności przeprowadzenia ponownego badania złożonych ofert, unieważnił przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.11.2024 r., w części 5 zamówienia oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Po przeprowadzeniu ponownej oceny ofert stwierdzono:

1. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 4 oferty.
2. Po dokonaniu ponownej oceny ofert w części 5 zamówienia w postępowaniu Wybrano ofertę:

Wykonawca:

MKJ Radiologia Sp. z o.o., ul. Gwiezdna 16, 80-297 Banino, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100.

Poniżej przedstawiamy table z streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznana punktacją .

Część 5 – Dostawa detektora do aparatu rentgenowskiego			
1	PFMS Sp. z o.o. Ul. Towarowa 39/149, 61-896 Poznań	162 000,00	48,67
2.	Move-X Sp. z o.o. ul. Tuwima 10a, 05-822 Milanówek	81 000,00	Oferta odrzucona
3.	TOMED Lublin Sp. z o.o. Ul. Związkowa 3b, 20-148 Lublin	89 640,00	87,95
4.	MKJ Radiologia Sp. z o.o. Ul. Gwiezdna 16, 80-297 Banino	78 840,00	100,00


3. W części 5 zamówienia nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, że w części 5 zamówienia odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy: Move-X Sp. z o.o., ul. Tuwima 10a, 05-822 Milanówek.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: Oferta nie zawiera środków dowodowych (karat katalogowych, specyfikacji lub innej dokumentacji technicznej) potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

W Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – Formularz oferty, Oferent wskazał, że oferuje dostawę Detektora do aparatu rentgenowskiego: Producent: IRay, model/typ: MARS 1417X. W załączonych do oferty Przedmiotowych środkach dowodowych mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego, Oferent przedłożył specyfikację techniczną innego detektora, tj. detektora model/typ: Detektor MARS 1717X.

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z pkt XVI ppkt 3 Zapytania ofertowego – oferta zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

5. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z informacją wskazaną w Zapytaniu ofertowym.

Dyrektor Biura
Prokurent

Anna Bielak